

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O DIRETOR EXECUTIVO do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, Sr. ELÓI RONNAU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o objeto da licitação acima mencionada, nos seguintes termos:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

Processo N°: 0072/2019 - CINCATARINA  
 Licitação N°: 0058/2019 - CINCATARINA  
 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO  
 Data de Homologação: 21/11/2019  
 Objeto da Licitação: TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE E CORRELATOS

**FUFA-SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**

Item	Descrição	Unid.	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unit.	Total Item
1	TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE DESIDROGENASE (ENZIMA QUE NÃO SOFRE INTERFERÊNCIA COM AS VARIAÇÕES DA PO2 DA AMOSTRA, COMO EM PACIENTES SUBMETIDOS A OXIGENOTERAPIA). COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, DE CALIBRAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA, FORNECENDO RESULTADOS PRECISOS. COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20-600 MG/DL, ACEITANDO VALORES INFERIORES OU SUPERIORES, UTILIZANDO AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM TECNOLOGIA FOTOMÉTRICA OU AMPEROMÉTRICA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 TIRAS. (CIM6226)	CAIXA	ROCHE ACCU-CHEK ACTIVE COM 50 TIRAS	119.195,00	R\$ 16,80	R\$ 2.002.476,00
2	TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE DESIDROGENASE (ENZIMA QUE NÃO SOFRE INTERFERÊNCIA COM AS VARIAÇÕES DA PO2 DA AMOSTRA, COMO EM PACIENTES SUBMETIDOS A OXIGENOTERAPIA). COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, DE CALIBRAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA, FORNECENDO RESULTADOS PRECISOS. COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20-600 MG/DL, ACEITANDO VALORES INFERIORES OU SUPERIORES, UTILIZANDO AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM TECNOLOGIA FOTOMÉTRICA OU AMPEROMÉTRICA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 25 TIRAS. (CIM6227)	CAIXA	ROCHE ACCU-CHEK ACTIVE COM 25 TIRAS	9.495,00	R\$ 16,40	R\$ 155.718,00
<b>Total do Fornecedor (R\$):</b>						<b>2.158.194,00</b>

**MEDLEVENSOHN COM. E REPRESEN. DE PROD. HOSP. LTDA**

Item	Descrição	Unid.	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unit.	Total Item
3	CANETA LANCETADORA PARA TESTES DE GLICEMIA, COM SISTEMA DE GATILHO E NO MÍNIMO 5 AJUSTES DE REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DE PUNÇÃO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIN10987)	UNIDADE	MEDLEVENSOHN ML 01	2.180,00	R\$ 4,00	R\$ 8.720,00
4	LANCETA SIMPLES, ESPÉSSURA ULTRA-FINA, TAMANHO 28G, COM PONTA TRIFACETADA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. COMPATÍVEL COM A CANETA LANCETADORA (CÓDIGO CIN10987). CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIN10988)	CAIXA	MEDLEVENSOHN TWIST LANCETS 28G	25.837,00	R\$ 3,10	R\$ 80.094,70
<b>Total do Fornecedor (R\$):</b>						<b>88.814,70</b>
<b>Total Geral (R\$):</b>						<b>2.247.008,70</b>

**Inovação e Modernização na Gestão Pública**

---

ELÓI RONNAU  
DIRETOR EXECUTIVO

---

## *Inovação e Modernização na Gestão Pública*

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32

📍 [www.cincatarina.sc.gov.br](http://www.cincatarina.sc.gov.br)

✉ [cincatarina@cincatarina.sc.gov.br](mailto:cincatarina@cincatarina.sc.gov.br)

📍 **Sede do CINCATARINA**

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto  
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800

Telefone: (48) 3380-1620

📍 **Central Executiva do CINCATARINA**

Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro  
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000

Telefone: (48) 3380-1621